

СВИДЕТЕЛЬСТВО

На стандартный образец предприятия (СОП) стали 20Х13
СОП 2-2010

Назначение: стандартный образец предназначен для градуировки систем вибрационного контроля.

Аттестованные характеристики:

1.1 Аттестованное значение СО (массовая доля элементов, %)

Углерод	-	0,18
Кремний	-	0,58
Марганец	-	0,45
Хром	-	12,6
Никель	-	0,29
Медь	-	0,20
Сера	-	0,025
Фосфор	-	0,034

1.2 Погрешность аттестованного значения СО:

Значение абсолютной погрешности (для доверительной вероятности 0.95),%:

Углерод	-	0,007
Кремний	-	0,03
Марганец	-	0,02
Хром	-	0,16
Никель	-	0,02
Медь	-	0,01
Сера	-	0,001
Фосфор	-	0,001

2. Условия хранения запрещается хранить в сырых помещениях и перевозить водным транспортом

3. Порядок использования СО: в соответствии с действующими на предприятии документами, регламентирующими методики измерений

5. Срок действия СО: 10 лет.

6. Дата выпуска: IV квартал 2010г..



Директор по качеству ОАО «ЦНИИМ»

Гл. метролог

И.А. Цвинтарный
И.А.Цвинтарный
А.С.Одит