



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.001.A № 40608

Срок действия до 04 июня 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Блоки согласующие БС-16

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО "Вибро-прибор", г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 45028-10

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ЖЯИУ.411521.001 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04 июня 2015 г. № 642

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



2015 г.

Серия СИ

№ 020624

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Блоки согласующие БС-16

Назначение средства измерений

Блоки согласующие БС-16 предназначены для измерения параметров вибрации.

Описание средства измерений

Принцип действия блока согласующего БС-16 (далее блок) основан на преобразовании электрических зарядов от пьезоэлектрических вибропреобразователей типа МВ (далее ВИП), имеющих коэффициент преобразования от 1 до 25 пКл·с²/м, в выходные сигналы, пропорциональные измеряемому параметру вибрации в заданном диапазоне частот.

Электрический заряд, генерируемый ВИП под воздействием виброускорения в месте его установки, поступает через соединитель ДВ на входное устройство канала измерений блока, который обеспечивает:

- преобразование электрических зарядов от ВИП в выходной сигнал, пропорциональный измеряемому параметру вибрации;
- формирование заданного диапазона частот и крутизны спада амплитудно-частотной характеристики вне рабочего диапазона частот.

Выходные сигналы блока поступают через соединитель ВЫХОД и кабельную линию связи во взаимодействующие с ним устройства.

Конструктивно блок представляет собой металлический корпус, состоящий из основания и крышки, соединенных между собой винтами.

На корпусе блока установлены соединители ДВ1–ДВ9 для подключения ВИП, соединитель ВЫХОД для подсоединения кабеля линии связи от взаимодействующих систем и сети питания, зажим заземления.

Блоки согласующие БС-16 выпускается в исполнениях, отличающихся:

- количеством каналов преобразования входных электрических зарядов в пропорциональные выходные сигналы;
- измеряемым параметром вибрации: виброускорение, виброскорость, виброперемещение;
- видом значения измеряемого параметра вибрации: амплитудное, среднее квадратическое (СКЗ), среднее;
- значением коэффициента преобразования пьезоэлектрического вибропреобразователя, взаимодействующего с блоком;
- видом выходного сигнала;
- диапазоном рабочих частот;
- наличием светового индикатора включения сети питания;
- габаритно-присоединительными размерами корпуса.

Внешний вид блока согласующего БС-16 приведен на рисунке 1.

В целях защиты от проникновения аппарата пломбируется голографической наклейкой и пломбирочной мастикой, что указано на рисунке 2.



Рисунок 1 – Внешний вид исполнений блока согласующего БС-16



Голографические
наклейки

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначения мест для нанесения оттисков клейм и нанесения наклеек

Метрологические и технические характеристики

Количество каналов преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал от 1 до 9

Номинальное значение коэффициента преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал на базовой частоте, X/пКл А/Q

где:

X – мА или мВ, в зависимости от вида выходного сигнала;

Q – значение входного электрического заряда на базовой частоте от взаимодействующего вибропреобразователя, соответствующее диапазону измерений параметра вибрации, пКл;

A – значение выходного сигнала, соответствующее диапазону измерений параметра вибрации, A=:

5 В – при выходном сигнале по постоянному напряжению;

от 0,02 до 12 В - при выходном сигнале по напряжению переменного тока (амплитудное значение);

5 мА – при выходном сигнале по постоянному току (0,05-5,0) мА;

16 мА - при выходном сигнале по постоянному току (4-20) мА;

5 мА или 2,5 мА - при выходном сигнале по переменному току (амплитудное значение)

Отклонение действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения на базовой частоте, % ±3,0

Пределы нелинейности амплитудной характеристики, %

от Амин до Апр/20, включительно

$\pm(0,03+0,001 \text{ Апр}/\text{Аi}) \cdot 100$

свыше Апр/20

±3,0

где:

Амин – нижняя граница диапазона измерений параметра вибрации;

Апр – верхняя граница диапазона измерений параметра вибрации;

Аi – текущее значение измеряемого параметра вибрации.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал, %

в диапазоне измерений от Амин до Апр/20,

включительно

$\pm(0,04+0,001 \text{ Апр}/\text{Аi}) \cdot 100$

в диапазоне измерений свыше Апр/20

±7,0

где:

Амин – нижняя граница диапазона измерений параметра вибрации

Апр – верхняя граница диапазона измерений параметра вибрации

Аi – текущее значение измеряемого параметра вибрации

Диапазоны измерений параметров вибрации:

амплитудного значения виброускорения, м/с²

от 0,25 до 3000

СКЗ виброускорения, м/с²

от 0,18 до 2122

амплитудного значения виброскорости, мм/с

от 0,15 до 283

СКЗ виброскорости, мм/с

от 0,1 до 200

среднего значения виброскорости, мм/с

от 0,09 до 180

амплитудного значения виброперемещения, мм

от 0,001 до 1,0

Диапазоны частот измеряемых параметров вибрации, Гц

при измерении виброускорения

от 4 до 10000

при измерении виброскорости

от 5 до 1000

при измерении виброперемещения

от 5 до 300

Относительное затухание амплитудно-частотной характеристики встроенных фильтров за пределами диапазона частот измеряемых параметров вибрации, дБ/октаву,

не менее

20

Диапазоны значений выходных сигналов, пропорциональных измеряемым параметрам вибрации:

постоянное напряжение (R нагрузки не менее 10 кОм), В

от 0,05 до 5,0

постоянный ток (R нагрузки не более 2 кОм), мА

от 0,05 до 5,0

постоянный ток (R нагрузки не более 500 Ом), мА

от 4 до 20

переменный ток (R нагрузки не более 2 кОм), мА

от 0,05 до 5,0

переменный ток (R нагрузки не более 2 кОм), уровень постоянного тока (2,5±0,25) мА, мА

от 0,025 до 2,5

напряжение переменного тока (R нагрузки не менее 10 кОм),

амплитудное значение, В	от 0,02 до 12
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал при изменении температуры окружающей среды в условиях эксплуатации, %	±5
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал при изменении влажности окружающей среды в условиях эксплуатации, %	±5
Сопротивление изоляции обособленных групп электрических цепей блока, МОм, не менее	
в нормальных условиях	20
в условиях повышенной температуры	5
в условиях повышенной влажности	1
Электрическая изоляция цепей блока должна выдерживать в течение одной минуты воздействие испытательного напряжения, В	500
Напряжение питания, В, постоянный ток	12±1,2 24 ₆ ⁺¹² минус (15±0,75); плюс (15±0,75)
Потребляемая мощность, Вт, не более	10,0
Время готовности к работе после включения электропитания, мин, не более	1
Время непрерывной работы, ч, не менее	7000
Масса блока, кг, не более	1,5
Габаритные размеры блока (длина;ширина;высота), мм, не более	300; 200; 100
Средняя наработка на отказ, ч	100000
Средний срок службы, лет	20
Условия эксплуатации	
диапазон температур, °С	от минус 40 до плюс 60
относительная влажность при температуре 25 °С, %, до	98
Блок выдерживает воздействие синусоидальной вибрации одной частоты с характеристиками:	
амплитуда виброускорения, - 19,6 м/с ²	
диапазон частот - от 20 до 30 Гц.	

Знак утверждения типа

наносится на заводской знак блока методом металлопластики, на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки блока указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Количество в комплекте
1	2	3
Блок согласующий БС-16	ЖЯИУ.411521.001-...	1

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Принадлежности (в зависимости от исполнения блока)*: розетка* розетка* вилка*	к соединителю ВЫХОД блока к соединителю ДВ1...ДВ9 к вибропреобразователю типа МВ	1 Не более 9 Не более 9
Комплект монтажных изделий для блока*	В зависимости от исполнения блока	1
Паспорт	ЖЯИУ.411521.001-... ПС	1
Руководство по эксплуатации	ЖЯИУ.411521.001-... РЭ	1**
Методика поверки	ЖЯИУ.411521.001 МП	1**

Примечания:

* наличие в комплекте поставки соединителей и комплекта монтажных изделий (для крепления блока на объекте), их тип и количество - в зависимости от исполнения блока и по требованию потребителя.

** при единовременной поставке нескольких блоков возможна поставка руководства по эксплуатации и методики поверки в соотношении 1:3

Поверка

осуществляется по документу ЖЯИУ.411521.001 МП. «Блоки согласующие БС-16. Методика поверки», согласованному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 16 августа 2010 г.

Основные средства поверки:

мультиметр 34401А, верхние пределы измерений:

- постоянного тока: 100 мА с пределом погрешности $\pm[0,01 I_{изм}+0,004 I_{пред}]$
- напряжения постоянного тока: 10 В с пределом погрешности $\pm[0,0015 U_{изм}+0,0004 U_{пред}]$
- напряжения переменного тока: 1 В с пределом погрешности $\pm[0,04 U_{изм}+0,02 U_{пред}]$

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в Руководстве по эксплуатации ЖЯИУ.411521.001 РЭ. Блоки согласующие БС-16

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к блокам согласующим БС-16

1. ГОСТ 30296-95 Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования.
2. ГОСТ Р 8.800-2012. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ до $2 \cdot 10^4$ Гц.
3. МИ 1935-88 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-2}$ до $3 \cdot 10^9$ Гц
4. ГОСТ 8.022-91 ГСИ Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 30 А
5. Технические условия ЖЯИУ.411521.001 ТУ. Блоки согласующие БС-16.

Изготовитель

ЗАО «Вибро-прибор» г. Санкт-Петербург
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а,
Тел./факс (812) 369-69-90, факс (812) 327-74-02

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19
Тел. (812) 251 76 01, факс (812) 713 01 14
Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению
испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «М» 06 2015 г.

